

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 073/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2018.**CONTRATANTE:** CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE – CONSAMU.**CONTRATADA:** HOSPITALLY EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (BERÇO PEDIÁTRICO, CARRO MACA C/ ELEVAÇÃO HIDRÁULICA, ASPIRADOR DE SECREÇÃO, MÁSCARA FACIAL MULTIGÁS, DESFIBRILADOR – DEA, CADEIRA DE RODAS RESGATE) DE DEMAIS ITENS (REFRIGERADOR 342 LT, JAQUETA MOTOCICLISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE – CONSAMU E UPA PEDIATRIA TANCREDO NEVES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS

Lote	Qtd	Und	Descrição	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
04	05	Unid	<p>DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA).</p> <p>Equipamento portátil, compacto, leve, com display colorido de cristal líquido, com animação que corresponde aos comandos de texto e voz. Para uso em pacientes adultos e pediátricos. Tecnologia de onda bifásica, protocolo de RCP em conformidade com a Guideline 2015 (AHA- american heart association) Possibilidades de atualização futura de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado. Projetado para atendimento em emergências cardíacas tais como arritmias malignas, TV E FV, que necessitam de desfibrilação automática e imediato. Instruir o socorrista através de comandos de texto e voz. Compensação automática da impedância torácica do paciente aumentando a eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao paciente. Deverá exibir no display de cristal líquido colorido o traçado do eletrocardiograma (ECG), o status da bateria, a frequência cardíaca, o tempo de RCP e o contador de choques. Deverá ter BIP audível para instruir o socorrista na frequência das compressões torácicas.</p> <p>Alarmes sonoros e visuais de bateria fraca.</p> <p>Realiza auto teste ao ser ligado periodicamente. Informa o percentual da carga da bateria, quando detectada que a bateria está com percentual baixo.</p> <p>Bateria recarregável de longa duração de lítio. No mesmo equipamento poderá ser utilizado pack de baterias descartáveis.</p> <p>Capacidade da bateria recarregável para 200 choques ou 10 horas de monitoramento.</p> <p>Modo de desfibrilação com carga limitada em 50 Joules para uso pediátrico e mínima de 150 Joules para uso adulto.</p> <p>Grau de proteção IP 56 ou superior,</p>	CMOS DRAKE	R\$ 9.486,99	R\$ 47.434,95

		<p>contra entrada de sólidos e líquidos. Este grau de proteção IP56 evitará que sólidos e líquidos penetrem no equipamento e evitará danos no equipamento e aumentando a vida útil do mesmo. O equipamento deverá ser capaz de gravar dados do paciente, compatível com ambiente Windows para registro e interpretação dos dados coletados. Tempo de gravação em memória interna de no mínimo 72 horas. A transferência dos dados poderá ser realizada por conexão USB ou infravermelho, ou bluetooth. O peso do equipamento com bateria não poderá ser superior a 3,0 KG.</p> <p>Deverá acompanhar uma bolsa para alojar o Desfibrilador, confeccionada em cordura (400) material de longa duração e resistente a abrasão, cortes e rasgões. Fácil de lavar, seca rapidamente, não mofa, possui borracha reforçada e alça resistente para transporte. Revestida com pontos reflexivos, eletroluminescentes, para facilitar a visualização da bolsa à distância, compartimento para acessórios, compartimento para alojar os materiais utilizados em BLS. Suporte para alça de ombro regulável.</p> <p>Acessório: 10 jogos de eletrodos (pás) autoadesivas, manual do usuário, certificado de garantia, bolsa para transporte.</p>			
--	--	---	--	--	--

VALOR TOTAL: R\$ 47.434,95 (quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos)

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA: 22 de novembro de 2018.

ASSINATURAS: Jucenir Leandro Stentzler
José Peixoto da Silva Neto
Dirnei Manoel da Maia