

DECISÃO PARA O LOTE 01 – PREGÃO ELETRÔNICO 15/2016

Processo nº. 29/2016

Requisição de Compras nº. 29/2016

Pregão Eletrônico nº. 015/2016

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Hospitalares para Ambulâncias, no Sistema de Registro de Preço, por um período de 12 (doze) meses.

Lote 01 – Ventilador Pulmonar de Transporte.

Depois de ter passado por uma análise da proposta enviada pela empresa LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA – C.N.P.J.: 04.187.384/0001-54 ao Consórcio, verificamos uma divergência entre a descrição do edital com a descrição da proposta.

O CONSAMU solicitou no edital da licitação uma FiO₂ (fração inspiração de oxigênio) mínima de 40 - 100%, devido à grande quantidade de transporte realizado para pacientes recém-nascidos graves com cardiopatia congênita cianótica complexa que necessitam voar com baixas frações de oxigênio, sob pena de agravamento de sua enfermidade. Assim, entendemos que a fração inspiração de oxigênio fornecida pelo aparelho proposto, 50 - 100%, além de estar em não conformidade com o edital, não atende às nossas necessidades.

Desse modo, desclassificamos a proposta, visto que não atende a especificação do objeto em questão, conforme item 7, subitem 7.2 do Edital.

Convocamos o segundo colocado, a empresa EQUIPO COMERCIAL LTDA – C.N.P.J.: 11.674.540/0001-77, para apresentação da proposta e documentos de habilitação, conforme item 11, subitem 11.4 do Edital.

Cascavel, 24 de outubro de 2016.


Matheus Duarte Rodrigues

Pregoeiro